

PROSPEKT OFERTOWY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Somatom Sensation 16

Data ogłoszenia postępowania przetargowego na sprzedaż CT Somatom Sensation 16 : 06.06.2023

Oferent : Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 3,
59-400 Jawor

Adres e-mail : pbrzyskiewicz@nzojcm.pl

Osoba prowadząca postępowanie : Piotr Brzyśkiewicz tel. : 76 870 30 11

Dane podstawowe :

Rodzaj aparatu : tomograf komputerowy rentgenowski (CT)

Model: SOMATOM

Typ : Sensation 16

Wersja : z lampą rtg DURA Akron-Q

Numer fabryczny (S/N) : 50063

Producent : Siemens AG

Kraj produkcji : Niemcy

Rok produkcji : system CT rekondycjonowany fabrycznie w 2012 roku

Konfiguracja systemu :


1. Gantry CT z liniowym silnikiem obrotu, zawierające generator wysokiego napięcia o mocy wyjściowej 60 kW oraz lampę rtg. model : DURA Akron-Q z pływającym ogniskiem, o maks. prądzie anodowym : 500 mA przy 120 kV i 428 mA przy 140 kV :



2. Stół pacjenta o długości pola skanowania 157 cm i nośności 200 kg.:



3. Konsola operatorska jednomonitorowa :



3. Szafa rekonstruktora
4. Szafa dystrybutora mocy
5. Szafa chłodzenia
6. Stacja lekarska diagnostyczna (opisowa)

UWAGA :

1. Lampa rtg. DURA Akron-Q wykonała : 459 520 scanosekund, a więc statystycznie jest w połowie normalnego okresu eksploatacji.
2. Aparat jest sprawny i codziennie eksploatowany.
3. Aparat zlokalizowany jest na parterze z łatwą drogą transportową.
4. W czasie eksploatacji aparat wykazywał bardzo niski poziom awaryjności – znacznie poniżej średniej globalnej awaryjności.

Cena wyjściowa CT Somatom Sensation 16 :

75 000, 00 zł. brutto*

* Sprzedający dopuszcza możliwość negocjowania powyższej ceny

Termin składania ofert : 07.07.2023 r.